



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.002.A № 25347

Срок действия до 05 марта 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Термометры сопротивления платиновые вибропрочные эталонные ПТСВ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭЛЕМЕР", г. Москва, г. Зеленоград

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 32777-06

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

НКГЖ.408717.003МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год.

При использовании термометров при максимальной температуре - 1000 ч.

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05 марта 2012 г. № 125

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Е.Р.Петросян



15.03 ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 003758